

Số: 100 /YCBG-BVBT

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 01 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua sắm Đầu ghi của Máy Holter theo dõi tim mạch 24h/24h-ECG với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư thiết bị y tế.

Người tiếp nhận: Trần Hà Thị Hạnh, số điện thoại: 0252.3.939.169.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

- Nhận qua email: vtytbvbt@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 26/01/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Đầu ghi của Máy Holter theo dõi tim mạch 24h/24h-ECG	Mô tả cụ thể tại trong Bảng mô tả đính kèm theo	04	Bộ

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

* Lưu ý: Báo giá phải gửi kèm Bảng so sánh đáp ứng tính năng, thông số kỹ thuật và quý công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác của bảng so sánh.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Phòng TCKT (trang mua sắm công);
- Lưu: VT, VTTBYT.

**TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM
CHỦ TỊCH**

**Phó Giám đốc
Trần Hồng Vũ**

BẢNG MÔ TẢ CÁC TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 100/YCBG-BVBT ngày 15/01/2026

của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận)

Đầu ghi Holter điện tim:

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

Năm sản xuất: 2025 trở về sau, hàng mới 100%

Xuất xứ: G7

A. Cấu hình cung cấp bao gồm: (trên mỗi bộ)

1. Bộ ghi dữ liệu: 01 cái
2. Bộ ghi chú sự kiện: 01 cái
3. Cáp bệnh nhân: 02 cái
4. Túi đeo: 01 cái
5. Thẻ nhớ + đầu đọc thẻ nhớ: 02 cái
6. Pin: 02 cái
7. Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

B. Tính năng kỹ thuật:

1. Bộ ghi dữ liệu:

- Thiết kế chống nước và bụi cấp độ: IP68 hoặc hơn
- Số kênh: ≥ 3 kênh
- Thời gian ghi dữ liệu: ≥ 48 giờ
- Bộ chuyển đổi A/D: ≥ 10 bit
- Phương pháp ghi: bộ nhớ kỹ thuật số
- Tần số đáp ứng: ≤ 0.05 - ≥ 40 Hz
- Trở kháng đầu vào: $\geq 10M\Omega$
- Có chức năng phát hiện máy tạo nhịp tim
- Trọng lượng: 13g (bao gồm pin)
- Pin: pin AAA

2. Bộ ghi chú sự kiện:

- Ghi chú lại 6 triệu chứng và hành động kỹ thuật số
- Các nút bấm sự kiện:
- Chóng mặt
- Đau ngực
- Hồi hộp (đánh trống ngực)
- Thời gian thức dậy/đi ngủ
- Thời gian ăn uống
- Thời gian tắm

Tương thích với Máy Holter theo dõi tim mạch 24h/24h-ECG hiện có của Bệnh viện (Model: Kenz Cardy 304)