

Số: 1203/YCBG-BVBT

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 5 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua sắm Dây nội soi dạ dày với nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư thiết bị y tế.

Người tiếp nhận: Trần Hà Thị Hạnh, số điện thoại: 0252.3.939.169.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

- Nhận qua email: vtytbvbt@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 01/6/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 01/6/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Dây nội soi dạ dày	Mô tả cụ thể tại trong Bảng mô tả đính kèm theo	01	Cái

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

* Lưu ý: Báo giá phải gửi kèm Bảng so sánh đáp ứng tính năng, thông số kỹ thuật và quý công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác của bảng so sánh.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Phòng TCKT (trang mua sắm công);
- Lưu: VT, VTTBYT.

TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM
CHỦ TỊCH

Phó Giám đốc
Trần Hồng Vũ

BẢNG MÔ TẢ CÁC TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 1203/YCBG-BVBT ngày 22/5/2026
của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận)

Dây nội soi dạ dày

STT	NỘI DUNG YÊU CẦU
I	YÊU CẦU CHUNG
	Thiết bị sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%
	Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
	Xuất xứ: thuộc nhóm nước G7
II	YÊU CẦU CẤU HÌNH
	Dây soi dạ dày ống mềm video kèm phụ kiện bao gồm:
1	Dây soi dạ dày ống mềm video: 01 cái
2	Nắp đậy kênh dụng cụ: 01 cái
3	Nắp đậy thông áp: 01 cái
4	Đầu nối thông áp : 01 cái
5	Đầu nối vệ sinh kênh khí/nước: 01 cái
6	Đầu nối vệ sinh kênh nước phụ: 01 cái
7	Nắp đậy ổ van: 01 cái
8	Chai dầu silicon: 01 chai
9	Ống kênh nước phụ: 01 cái
10	Bộ ron cao su cho van khí/nước: 01 bộ
11	Bộ van kiểm tra: 01 bộ
12	Bộ ron cao su cho van hút: 01 bộ
13	Chổi rửa ngắn sử dụng 1 lần: 01 cái
14	Chổi rửa dài sử dụng 1 lần: 01 cái
15	Ngáng miệng: 01 cái
16	Đầu nối van kiểm tra kênh nước phụ: 01 cái
17	Van khí/nước: 01 cái
18	Van hút: 01 cái
19	Nắp đậy kênh nước phụ: 01 cái
20	Hộp đựng thiết bị: 01 cái
21	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
III	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
	Dây soi dạ dày ống mềm video tương thích với hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) đang được sử dụng tại bệnh viện
	Sử dụng chip LED hoặc tương đương tích hợp ở đầu ống soi và loại bỏ cap

	quang thủy tinh giúp giảm chi phí vận hành và đầu tư
	Nguồn sáng LED hoặc tương đương có kiểm soát nhiệt độ cho hình ảnh
	Đầu kết nối kín nước không nắp đậy
	Hướng quan sát: Nhìn thẳng (0 độ)
	Góc nhìn: ≥ 140 độ
	Độ sâu trường nhìn: ≤ 3 đến ≥ 100 mm
	Khả năng uốn cong:
	+ Lên: ≥ 210 độ
	+ Xuống: ≥ 120 độ
	+ Phải: ≥ 120 độ
	+ Trái: ≥ 120 độ
	Đường kính đầu ống soi: 10,8 mm $\pm \leq 10\%$
	Đường kính thân ống soi: 9,8 mm $\pm \leq 10\%$
	Đường kính kênh sinh thiết: 3,2 mm $\pm \leq 10\%$
	Chiều dài làm việc: ≥ 1050 mm
	Có kênh nước phụ riêng
	Hệ thống chiếu sáng: ≥ 2 đường
IV	YÊU CẦU KHÁC
1	Địa điểm giao hàng: Tại đơn vị sử dụng
2	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng
3	Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lý hợp pháp tại Việt Nam
4	Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết