

SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1346/YCBG-BVBT
V/v cung cấp báo giá để phục vụ
công tác đấu thầu gói thầu: Dây
tán sỏi

Lâm Đồng, ngày 09 tháng 06 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Dây tán sỏi với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ tên: Huỳnh Hà Linh Chi
 - Chức vụ: Nhân viên
 - Số điện thoại: 0945302392
 - Địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng
 - Email: vtytbvbt@gmail.com
- Hình thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận tại địa chỉ: Bộ phận văn thư Bệnh viện đa khoa Bình Thuận. Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.
 - Nhận qua Email: vanhvbvt@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến trước 17 giờ 00 ngày **19** tháng **06** năm 2026.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu **90** ngày kể từ ngày **19** tháng **06** năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Đính kèm danh mục chi tiết hàng hóa theo phụ lục 1 và báo giá theo phụ lục 2.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Phòng TCKT (đăng trang web Mua sắm công);
- Lưu: VT, VTTBYT (Chi).

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG MUA SẮM
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Hồng Vũ

Danh mục Gói thầu: Dây tán sỏi*(Đính kèm theo Công văn số 1346/YCBG-BVBT ngày 09 tháng 06 năm 2026)*

Stt	Tên hàng hóa	Mô tả chi tiết	Đơn vị tính	Khối lượng
1	Dây tán sỏi Laser cỡ 272 μ m loại dùng nhiều lần với chuẩn chân cắm SMA	Dây tán sỏi Laser cỡ 272 μ m loại dùng nhiều lần với chuẩn chân cắm SMA, sử dụng với máy phát laser Holmium có bước sóng từ 800-2100 nm, chiều dài của dây tán 3m, công suất sử dụng tối đa 371,9W, bán kính cong tối thiểu của dây 10 nm. Sử dụng tương thích với máy tán sỏi Jena Surgical (Model: MultipuIse Hoplus, hãng sản xuất: Asclepion Laser Technologies GmbH)	Chiếc	20
2	Dây tán sỏi Laser cỡ 365 μ m loại dùng nhiều lần với chuẩn chân cắm SMA	Dây tán sỏi Laser cỡ 365 μ m loại dùng nhiều lần (10 lần) với chuẩn chân cắm SMA, sử dụng với máy phát laser Holmium có bước sóng từ 800-2100 nm, chiều dài của dây tán 3m, công suất sử dụng tối đa 669,7 W, bán kính cong tối thiểu của dây 40 nm. Sử dụng tương thích với máy tán sỏi Jena Surgical (Model: MultipuIse Hoplus, hãng sản xuất: Asclepion Laser Technologies GmbH)	Chiếc	10
3	Dây tán sỏi Laser cỡ 600 μ m loại dùng nhiều lần với chuẩn chân cắm SMA	Dây tán sỏi Laser cỡ 600 μ m loại dùng nhiều lần (10 lần) với chuẩn chân cắm SMA, sử dụng với máy phát laser Holmium có bước sóng từ 800-2100 nm, chiều dài của dây tán 3m, công suất sử dụng tối đa 1808,6 W, bán kính cong tối thiểu của dây 33 nm. Sử dụng tương thích với máy tán sỏi Jena Surgical (Model: MultipuIse Hoplus, hãng sản xuất: Asclepion Laser Technologies GmbH)	Chiếc	05