

SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA  
BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1532/YCBG-BVBT  
V/v cung cấp báo giá mua  
Dụng cụ và vật tư

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 6 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Dụng cụ và vật tư với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Trần Hà Thị Hạnh

- Chức vụ: Nhân viên

- Số điện thoại: 0252.3822733

- Địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng

- Email: vtytbvt@gmail.com

3. Hình thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận tại địa chỉ: Phòng Vật tư y tế - Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

- Nhận qua Email: vtytbvt@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 06 tháng 7 năm 2026.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 7 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Xe đẩy bệnh nhân nằm	Kích thước: 190x60cm x cao 75cm - Mặt băng ca bằng inox tấm - Hai thanh chắn hai bên inox Ø 19mm - Có 4 bánh xe đẩy Ø 12cm - Nệm 60x190cm dày 5cm	Chiếc	2
2	Nệm giường bệnh nhân bọc simili	- Kích thước: 88 x 188 x 6cm	Cái	2

3	Bộ đặt nội khí quản người lớn, 3 lưỡi cong số 2,3,4	Code: 7040 - Nguồn sáng chân không 2,7V - Bóng đèn được thiết kế dễ dàng tháo lắp ở đầu lưỡi. - Lưỡi đèn làm bằng thép không gỉ bề mặt được đánh bóng, dễ lau chùi, có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 134oC trong vòng 5 phút. Cấu hình 01 bộ bao gồm: + 01 Lưỡi cong Macintosh số 2 + 01 Lưỡi cong Macintosh số 3 + 01 Lưỡi cong Macintosh số 4 + 01 Cán pin trung + 01 Hộp đựng + 01 Cặp pin C	Bộ	1
4	Máy đo nồng độ oxy trong máu (spo2)	- Phạm vi đo: Nhịp tim (0 - 254 nhịp/phút) SpO2 (0~100%) - Độ chính xác: SpO2 (70 - 100%) Nhịp tim (30 - 250 nhịp/phút ± 2%) - Tự động tắt khi không sử dụng - Màn hình hiển thị: LCD - Nguồn Pin: AAA 1.5V x 2 - Kích thước: 6cm x 3cm	Cái	1
5	Hộp nhựa đựng thuốc	- Chống sốc, cấp cứu	Cái	1

### III. Các yêu cầu khác:

- Nhà cung cấp dịch vụ báo giá theo mẫu và gửi hồ sơ kèm theo báo giá. Trân trọng cảm ơn./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Phòng TCKT (đăng web Mua sắm công);
- Lưu: VT, VTYT (Hành).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Vũ Cao Thiện**