

Số: 1575/YCBG-BVBT

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 6 năm 2026

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu: Mua sắm Bộ trộn khí cho hệ thống NCPAP cho khoa Nhi với nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư thiết bị y tế.

Người tiếp nhận: Trần Hà Thị Hạnh, số điện thoại: 0252.3.939.169.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

- Nhận qua email: [vtytbvbt@gmail.com](mailto:vtytbvbt@gmail.com)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 08/7/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 08/7/2026.

### **II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục thiết bị y tế

Danh mục	Quy cách	Số lượng	Đơn vị tính
Bộ trộn khí cho hệ thống NCPAP	Bao gồm: - Dây dẫn khí oxy - Dây dẫn khí Air - Ngõ ra kết nối A - Ngõ ra kết nối B Thông số: - Phạm vi điều chỉnh nồng độ oxy: 21%-100% O2 - Bộ lọc bên trong (Đầu vào khí Air và oxy): 80~100µm - Độ chính xác của FiO2: ±5% FS - Phạm vi cung cấp khí: 0.35±0.02 Mpa - Phạm vi lưu lượng đầu ra: 6LPM (ở 21% O2 và 100% O2) đến 120LPM (ở 60% O2) - Áp suất làm việc tối ưu: 0.35±0.02 Mpa - Áp suất tối đa cho phép: 0.7 Mpa	06	Bộ

2. *Địa điểm cung cấp, lắp đặt:* Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

3. *Thời gian dự kiến:* 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Trân trọng cảm ơn./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Phòng TCKT (trang mua sắm công);
- Lưu: VT, VTTBYT.

**TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM  
CHỦ TỊCH**

**Phó Giám đốc  
Trần Hồng Vũ**