

SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1839/YCBG-BVBT
V/v cung cấp báo giá mua
lưu lượng kế oxy có
bình làm ẩm

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 7 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua lưu lượng kế oxy có bình làm ẩm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Trần Hà Thị Hạnh

- Chức vụ: Nhân viên

- Số điện thoại: 0252.3822733

- Địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng

- Email: vtytbvbt@gmail.com

3. Hình thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận tại địa chỉ: Phòng Vật tư y tế - Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

- Nhận qua Email: vtytbvbt@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến ngày 31 tháng 7 năm 2026.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
01	Lưu lượng kế oxy có bình làm ẩm	Lưu lượng: Có các mức 1, 3, 10 hoặc 15 LPM; lưu lượng tối đa tối thiểu 15 LPM	Bộ	10

		Độ chính xác: Có cơ chế bù áp suất ngược (Back-pressure compensated) Áp suất đầu vào: 3.5–4.5 bar (350–450 kPa) Áp suất đầu ra: 0.2–0.3 MPa Kết nối đầu vào: Tương thích CGA540 hoặc G5/8-14 RH hoặc G3/4-14 RH Kết nối đầu ra: Đầu nối 8 mm hoặc tương đương Thân thiết bị: Hợp kim nhôm anodized hoặc vật liệu có độ bền tương đương Ống đo lưu lượng: Acrylic hoặc polycarbonate trong suốt Bình làm ẩm: Polycarbonate y tế hoặc vật liệu tương đương Van điều chỉnh: Núm xoay lớn, dễ thao tác Bộ lọc: Có bộ lọc đầu vào Nhãn nhận biết: Có mã màu nhận biết loại khí Nhiệt độ hoạt động: 10°C–40°C Khả năng tiệt khuẩn: Chịu hấp tiệt trùng 121°C trong 20 phút		
--	--	---	--	--

III. Các yêu cầu khác:

- Nhà cung cấp dịch vụ báo giá và gửi hồ sơ kèm theo báo giá.
- Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Phòng TCKT (đăng web Mua sắm công);
- Lưu: VT, Phòng VTTBYT (Hành).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Cao Thiện

