

Số: 2265/YCBG-BVBT

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 9 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua sắm Máy đo huyết áp chuyên nghiệp tự động với nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư thiết bị y tế.

Người tiếp nhận: Trần Hà Thị Hạnh, số điện thoại: 0252.3.939.169.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

- Nhận qua email: vtytbvbt@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 17/9/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 17/9/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy đo huyết áp chuyên nghiệp tự động	Mô tả cụ thể tại trong Bảng mô tả đính kèm theo	01	Máy

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

* Lưu ý: Báo giá phải gửi kèm Bảng so sánh đáp ứng tính năng, thông số kỹ thuật và quý công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác của bảng so sánh.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Phòng TCKT (trang mua sắm công);
- Lưu: VT, VTTBYT.

**K.T GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Vũ Cao Thiện

BẢNG MÔ TẢ CÁC TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 2265/YCBG-BVBT ngày 07/9/2026

của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận)

MÁY ĐO HUYẾT ÁP CHUYÊN NGHIỆP TỰ ĐỘNG

I. Yêu cầu chung

- Chất lượng mới 100%, sản xuất năm 2026 trở về sau.
- Bảo hành: tối thiểu 12 tháng.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.

II. Cấu hình cung cấp

- Máy chính: 01 máy
- Giá đỡ tay cố định: 01 cái
- Vỏ bọc bao đo: 01 cái
- Giấy in nhiệt: 01 cuộn
- Bộ đổi nguồn AC: 01 bộ
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

III. Thông số cơ bản

- Màn hình hiển thị kỹ thuật số
- Phương pháp đo huyết áp không xâm lấn dựa theo nguyên lý đo dò dao động.
- Khoảng áp suất hiển thị từ 0 đến ≥ 299 mmHg
- Độ chính xác khoảng áp suất hiển thị $\pm \leq 3$ mmHg
- Huyết áp tâm thu: ≤ 60 đến ≥ 260 mmHg
- Huyết áp động mạch trung bình: ≤ 40 đến ≥ 230 mmHg
- Huyết áp tâm trương: ≤ 30 đến ≥ 215 mmHg
- Khoảng đo nhịp mạch: ≤ 40 đến ≥ 180 nhịp / phút