

Số: 2511/YCBG-BVBT

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 10 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua sắm Sinh hiển vi khám mắt với nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư thiết bị y tế.

Người tiếp nhận: Trần Hà Thị Hạnh, số điện thoại: 0252.3.939.169.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

- Nhận qua email: vytbtvbt@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 15/10/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 15/10/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Sinh hiển vi khám mắt	Mô tả cụ thể tại trong Bảng mô tả đính kèm theo	01	Máy

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

* Lưu ý: Báo giá phải gửi kèm Bảng so sánh đáp ứng tính năng, thông số kỹ thuật và quý công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác của bảng so sánh.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Phòng TCKT (trang mua sắm công);
- Lưu: VT, VTTBYT.

TM HỘI ĐỒNG MUA SẮM
CHỦ TỊCH

Phó Giám đốc
Trần Hồng Vũ

BẢNG MÔ TẢ CÁC TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN

(Kèm theo Yêu cầu kỹ thuật giá số: 2511/YCBG-BVBT ngày 05/10/2026
của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận)



Sinh hiển vi khám mắt

STT	Nội dung yêu cầu
I	YÊU CẦU CHUNG
1	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%
2	Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485
3	Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE (thuộc châu Âu) hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương
4	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam
5	Môi trường hoạt động:
	+ Nhiệt độ tối đa: $\geq 20^{\circ}\text{C}$
	+ Độ ẩm tối đa: $\geq 70\%$
6	Xuất xứ (máy chính): Một trong các quốc gia thuộc nhóm G7
II	YÊU CẦU CẤU HÌNH
	Sinh hiển vi khám mắt kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:
1	Máy chính sinh hiển vi: 01 chiếc
2	Giá đỡ tỳ cằm cho bệnh nhân: 01 chiếc
3	Giấy cài tỳ cằm: 01 tệp
4	Khăn phủ bụi: 01 chiếc
5	Bàn nâng hạ bằng điện: 01 chiếc
6	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
III	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
1	Sinh hiển vi
	Nguồn sáng: LED
	Số mức phóng đại ≥ 3 mức
	Thị kính $\geq 12\times$
	Độ rộng khe sáng điều chỉnh được liên tục từ 0 tới $\geq 14\text{mm}$
	Độ dài khe sáng điều chỉnh được liên tục từ $\leq 1\text{ mm}$ tới $\geq 14\text{mm}$
	Phin lọc tối thiểu phải có một trong các loại: lọc xanh lam, lọc vàng, lọc xanh lá cây (loại ánh sáng đỏ), lọc đỏ
	Khoảng di chuyển trước-sau $\geq 90\text{mm}$
	Khoảng di chuyển theo chiều ngang $\geq 100\text{mm}$
	Khoảng di chuyển theo phương thẳng đứng $\geq 30\text{mm}$
IV	YÊU CẦU KHÁC
1	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng.

STT	Nội dung yêu cầu
2	Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. Có danh sách bảo trì theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Phải có đội ngũ bảo hành tại Việt Nam.
3	Đào tạo chuyên giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.
4	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.
5	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.
6	Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 8 năm.
7	Có bảng báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi tối thiểu 5 năm sau thời gian bảo hành.