

Số: 2674/YCBG-BVBT

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 10 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu dịch vụ bảo trì hệ thống khí y tế (trung tâm hút, khí nén, cấp Oxy, cấp CO2; ổ khí – hộp đầu giường; đường ống đồng – tủ van) với nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư thiết bị y tế.

Người tiếp nhận: Trần Hà Thị Hạnh, số điện thoại: 0252.3.939.169.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

- Nhận báo giá trên hệ thống (qua website musamcong.mpi.gov.vn)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 27/10/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 27/10/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục dịch vụ bảo trì

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bảo trì Trung tâm hút y tế	Mô tả cụ thể tại Bảng mô tả đính kèm theo	04	Lần
2	Bảo trì Trung tâm khí nén y tế		04	Lần
3	Bảo trì Trung tâm cấp Oxy y tế dàn chai dự phòng		04	Lần
4	Bảo trì Trung tâm cấp CO2 y tế dàn chai		04	Lần
5	Bảo trì hệ thống ổ khí và hộp đầu giường		04	Lần
6	Kiểm tra, bảo trì đường ống đồng, tủ van		04	Lần

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

3. Thời gian thực hiện dự kiến: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng; định kỳ 03 tháng/lần (04 lần/năm).

** Lưu ý: Báo giá ghi rõ đơn giá, thành tiền từng hạng mục (đã bao gồm thuế VAT, chi phí nhân công, vật tư, phụ tùng thay thế theo nội dung bảo trì); gửi kèm Bảng so sánh đáp ứng nội dung yêu cầu và quý công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác của bảng so sánh.*

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Phòng TCKT (tràng mua sắm công);
- Lưu: VT, VTTBYT.



BẢNG MÔ TẢ CÁC TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN

(Kèm theo Yêu cầu kỹ thuật số 2674/YCBG-BVBT ngày 22/10/2026
của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận)

Bảo trì hệ thống khí y tế

STT	Nội dung yêu cầu
1	Bảo trì Trung tâm hút y tế (04 lần/năm)
	- Kiểm tra ngoại quan các bộ lọc, khớp nối, van và bình tích áp.
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động của động cơ, bơm hút.
	- Kiểm tra mức dầu, chất lượng dầu.
	- Kiểm tra các thông số hoạt động của hệ thống máy hút (nhiệt độ, áp suất, dòng điện).
	- Vệ sinh, bảo dưỡng máy.
	- Thay dầu cho 02 bơm hút chân không.
2	Bảo trì Trung tâm khí nén y tế (04 lần/năm)
	- Kiểm tra các bộ lọc, khớp nối, bu-lông và tình trạng của bộ làm mát.
	- Kiểm tra các thông số hoạt động (nhiệt độ, áp suất, dòng điện).
	- Vệ sinh máy nén và bình tích áp.
	- Kiểm tra chuyển đổi và lưu lượng bộ sấy khí.
	- Kiểm tra bộ xả nước tự động.
	- Kiểm tra bộ giảm chấn, van an toàn, hờ khí.
	- Thay thế van 01 chiều cho máy nén.
	- Thay thế lọc gió.
	- Thay hạt hút ẩm máy sấy.
	- Vệ sinh máy.
3	Bảo trì Trung tâm cấp Oxy y tế dàn chai dự phòng (04 lần/năm)
	- Kiểm tra hoạt động của các đồng hồ đo mức, đo áp.
	- Kiểm tra các đường ống dẫn, các đường dây tín hiệu.
	- Kiểm tra khu vực xung quanh, bảo đảm ngăn ngừa rủi ro cho thiết bị.
	- Kiểm tra rò rỉ các tay van, dây dẫn khí.
	- Vệ sinh thiết bị.
4	Bảo trì Trung tâm cấp CO₂ y tế dàn chai (04 lần/năm)
	- Kiểm tra hoạt động của các đồng hồ đo mức, đo áp.
	- Kiểm tra các đường ống dẫn, các đường dây tín hiệu.
	- Kiểm tra khu vực xung quanh, bảo đảm ngăn ngừa rủi ro cho thiết bị.
	- Kiểm tra rò rỉ các tay van, dây dẫn khí.
	- Vệ sinh thiết bị.
5	Bảo trì hệ thống ổ khí và hộp đầu giường (04 lần/năm)

STT	Nội dung yêu cầu
	- Kiểm tra tem nhãn, trạng thái đồng hồ đo áp suất các hộp van.
	- Kiểm tra, thổi sạch các ổ khí.
	- Vệ sinh thiết bị.
	- Kiểm tra các cảm biến áp suất trên đường ống và đường tín hiệu kết nối với hộp cảnh báo khu vực.
	- Kiểm tra, đo điện áp các ổ điện.
6	Kiểm tra, bảo trì đường ống đồng, tủ van (04 lần/năm)
	- Kiểm tra đường trục khí y tế từ nhà khí trung tâm đến các phòng.
	- Kiểm tra ngoại quan tình trạng đường ống và bộ đỡ.
	- Thử xì toàn bộ điểm nối và vị trí có nguy cơ bị thủng.
	- Kiểm tra tín hiệu của các bộ báo động, tình trạng hoạt động của các tủ van.
	- Kiểm tra đồng hồ của tủ van, các điểm kết nối có nguy cơ xì.