SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2793/YCBG-BVBT

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 11 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm Máy lọc và khử khuẩn không khí với nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư thiết bị y tế.

- Họ tên: Trần Hà Thị Hạnh. Chức vụ: Nhân viên.
- Số điện thoại: 0252.3822733. Email: vtytbvbt@gmail.com
- Địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận báo giá trên hệ thống *(qua website muasamcong.mpi.gov.vn)*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 13/11/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 13/11/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy lọc và khử khuẩn không khí	Mô tả cụ thể tại trong Bảng mô tả đính kèm theo	03	Máy

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

** Lưu ý: Báo giá phải gửi kèm Bảng so sánh đáp ứng tính năng, thông số kỹ thuật và quý công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác của bảng so sánh.*

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Phòng TCKT (trang mua sắm công);
- Lưu: VT, VTTBYT.

TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM
CHỦ TỊCH

SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH THUẬN

Phó Giám đốc
Trần Hồng Vũ

BẢNG MÔ TẢ CÁC TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: /YCBG-BVBT ngày 03/11/2026 của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận)

Máy lọc và khử khuẩn không khí

STT	Nội **dung yêu** cầu
I	**YÊU** CẦU **CHUNG**
1	Năm sản xuất: Năm 2026 trở về sau,mới 100%
2	Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO13485 hoặc ISO 9001
3	Nguồn điện: 220V/50Hz
4	Điều kiện môi trường làm việc: Phù hợp với môi trường tại Việt Nam
5	Xuất xứ máy chính:Thuộc nhóm nước G7
II	**YÊU** CẦU CẤU **HÌNH**
	Máy khử khuẩn và làm sạch không khí kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:
1	Máy chính: 01 cái
2	Bộ phụ kiện lắp đặt: 01 bộ
3	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
III	**YÊU** CẦU CHỈ **TIÊU** KỸ THUẬT
	Sử dụngtrong bệnh viện, phòng khám
	Công nghệ khử khuẩn quang xúc tác (PCO) sử dụng chất xúc tác Titan dioxit (TiO2)
	Nguyên lý: chất xúc tác đượckích hoạt tạo gốc tự do OH, phân hủy vi sinh vật và chất hữucơ thành hơi nước và CO2
	Loại bỏ đượckhỏi không khí tối thiểu: vi khuẩn, virus, nấm mốc, các hợp chất hữu codễ bay hơi (VOC)
	Cơchế xử lý an toànđối vớisức khỏe conngười
	Có bảng điều khiển hoặc bộ điều khiển để vận hành thiết bị
	Độ ồn: ≤45 dB
	Công suất tiêu thụ: ≤ 130W
IV	**YÊU** CẦU **KHÁC**
1	Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày kể từkhi ký hợpđồng. Địa điểm giao hàng: tại nơisử dụng
2	Thời gian bảo hành: ≥24 tháng kể từ ngàyký biên bản bàn giao, nghiệm thu
3	Cung cấp chứngchỉ chất lượng(CQ), chứngchỉ xuất xứhàng hóa (CO), tờkhai hải quan, Invoice, Packing list khi bàn giao thiết bị
4	Cung cấp tài liệu hướng dẫn sửdụng, bảo trìbằng tiếng Anh và tiếngViệt
5	Cung cấp phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao trong thời gian ≥ 08 năm sau khi bàn giao, nghiệm thu thiết bị
6	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từkhi nhận đượcyêu

STT	Nội **dung yêu** cầu
	cầu của bên mua
7	Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận
8	Cung cấp báo giá phụ tùng, phụ kiện, vật tư thay thế và giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành