SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2800/YCBG-BVBT
V/v cung cấp báo giá mua Máy ly tâm Hematocrit

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua máy ly tâm Hematocrit với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Trần Hà Thị Hạnh
- Chức vụ: Nhân viên
- Số điện thoại: 0252.3822733
- Địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng
- Email: vtytbvbt@gmail.com

3. Hình thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận báo giá trên hệ thống (qua website musamcong.mpi.gov.vn)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 14 tháng 11 năm 2026.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: (đính kèm mô tả cụ thể tại Bảng mô tả kèm theo)

III. Các yêu cầu khác:

- Nhà cung cấp dịch vụ báo giá theo mẫu và gửi hồ sơ kèm theo báo giá.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Phòng TCKT (đăng web Mua sắm công);
- Lưu: VT, VTYT (Hạnh).

TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM
CHỦ TỊCH

SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH THUẬN

Phó Giám đốc
Trần Hồng Vũ

BẢNG MÔ TẢ CÁC TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 2800/YCBG-BVBT ngày 04/11/2026 của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận)

STT	Nội dung yêu cầu
I	**YÊU CẦU CHUNG**
1	Năm sản xuất: Năm 2026 trở về sau, mới 100%
2	Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
3	Nguồn điện: 220V/50Hz
4	Điều kiện môi trường làm việc: Phù hợp với môi trường tại Việt Nam
II	**YÊU CẦU CẤU HÌNH CUNG CẤP**
	Máy ly tâm Hematocrit kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:
1	Máy chính: 01 cái
2	Rotor ly tâm Hematocrit (kèm nắp đậy rotor): 01 bộ
3	Bảng/thước đọc kết quả Hematocrit: 01 cái
4	Ống mao quản Hematocrit (có Heparin): ≥ 100 ống
5	Sáp/chất bịt đầu ống mao quản: ≥ 01 hộp
6	Dây nguồn: 01 sợi
7	Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
III	**YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT**
1	Máy ly tâm để bàn, chuyên dùng cho xét nghiệm đo dung tích hồng cầu (Hematocrit) trong bệnh viện, phòng xét nghiệm
2	Rotor Hematocrit: ≥ 24 vị trí, sử dụng ống mao quản dài 75 mm
3	Tốc độ quay tối đa: ≥ 12.000 vòng/phút
4	Lực ly tâm tương đối (RCF) tối đa: ≥ 14.000 x g
5	Cài đặt thời gian ly tâm: tối đa ≥ 15 phút
6	Thân máy bằng kim loại, buồng bên trong máy bằng thép không gỉ.
7	An toàn: khóa nắp, không mở được nắp khi rotor đang quay; tự động ngắt khi mất cân bằng
IV	**YÊU CẦU KHÁC**
1	Thời gian giao hàng: ≤ 60 ngày kể từ khi ký hợp đồng. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng
2	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao, nghiệm thu