SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2890 /YCBG-BVBT
V/v cung cấp báo giá mua khí AirMAC

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua khí AirMAC với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Trần Hà Thị Hạnh
- Chức vụ: Nhân viên
- Số điện thoại: 0252.3822733
- Địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng
- Email: vtytbvbt@gmail.com

3. Hình thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận báo giá trên hệ thống (qua website musamcong.mpi.gov.vn)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 23/11/2026.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 23/11/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Khí AirMAC	- Khí AirMAC được sản xuất từ thành phần chính là khí Argon độ tinh khiết 99,9999% (Argon 6.0) được hoạt hóa theo Bằng độc quyền sáng chế số 52052 ngày 28/08/2025. - Thành phần vết các hợp chất được kiểm soát là: $H_2O \leq 0.2$ppm; $O_2 \leq 0.2$ ppm; $N_2 \leq 0.5$ ppm; CO_2 và $CO \leq 0.1$ ppm - Dùng cho Máy Plasma lạnh hỗ trợ điều	bình	110

		trị vết thương (PLASMAMED) *** Bình chứa:** - Bình hợp kim nhôm dung tích 8 lít - Kích thước bao gồm quai xách: 160 x 700 (mm) (±5%) - Áp suất an toàn của bình chứa: 225 Bar - Áp suất khí nén khi đầy: 130Bar (±5%) *** Kết nối:** - Chuẩn kết nối CGA 870 - Giao diện nối điện tử: HDMI		

III. Các yêu cầu khác:

- Nhà cung cấp dịch vụ báo giá theo mẫu và gửi hồ sơ kèm theo báo giá.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Phòng TCKT (đăng web Mua sắm công);
- Lưu: VT, VTYT (Hạnh)

TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM
CHỦ TỊCH

SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH THUẬN

Phó Giám đốc
Trần Hồng Vũ