

Số: 458/YCBG-BVBT

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 3 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua sắm thiết bị phục vụ phòng tiêm chủng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư thiết bị y tế.

Người tiếp nhận: Trần Hà Thị Hạnh, số điện thoại: 0252.3.939.169.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

- Nhận qua email: vtytbvbt@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 16/3/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế

TT	Danh mục	Số lượng	Đơn vị tính
1	Tủ lạnh các loại (Tủ lạnh bảo quản vắc xin)	01	Cái
2	Thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động	04	Cái
3	Chỉ thị đóng băng điện tử	04	Cái
4	Nhiệt kế chuyên dụng	04	Cái

(Đính kèm Phụ lục mô tả tính năng kỹ thuật)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

* Lưu ý: Báo giá phải gửi kèm Bảng so sánh đáp ứng tính năng, thông số kỹ thuật và quý công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác của bảng so sánh.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Phòng TCKT (trang mua sắm công);
- Lưu: VT, VTTBYT.

**TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM
CHỦ TỊCH**

**Phó Giám đốc
Trần Hồng Vũ**

BẢNG MÔ TẢ CÁC TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 458/YCBG-BVBT ngày 05/03/2026

của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận)

TT	Danh mục	Số lượng	Đơn vị tính
1	Cấu hình cung cấp - Máy chính: 01 cái - Giỏ để mẫu: 12 cái - Chân có bánh xe di chuyển - Tài liệu HDSD: 01 bộ Thông số cơ bản - Tủ lạnh được phẩm phù hợp cho việc bảo quản vắc xin, sinh phẩm, chất chuẩn, chất đối chiếu - Cửa tủ: 02 cánh, cửa tự động đóng - Cửa kính cường lực 3 lớp, chứa khí trơ để giảm nguy cơ động nước - Dung tích tủ: ≥ 1.000 lít - Dải nhiệt độ hoạt động: $\leq 2 - \geq 8^{\circ}\text{C}$ - Độ phân giải: $\leq 0,1^{\circ}\text{C}$ - Kiểu làm lạnh: Làm lạnh bằng dòng khí cưỡng bức - Chế độ rã đông: Tự động - Độ ồn: ≤ 40 dB - Màn hình hiển thị nhiệt độ LED Có báo động: Nhiệt độ cao/thấp, nhiệt độ môi trường cao, cửa mở, lỗi nguồn, pin yếu, lỗi cảm biến, nhiệt dàn nóng hoặc nhiều hơn.	01	Cái
2	Thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động - Cảm biến trong: $\leq -25^{\circ}\text{C} - \geq +55^{\circ}\text{C}$ - Cảm biến ngoài: $\leq -40^{\circ}\text{C} - \geq +60^{\circ}\text{C}$ - Dải nhiệt có thể hiển thị: $\leq -10^{\circ}\text{C} - \geq 55^{\circ}\text{C}$ - 2 chương trình giới hạn cảnh báo và báo động độc lập - Thời gian báo động cảnh báo: 1 phút - 23 giờ 59 phút	04	Cái
3	Chỉ thị đóng băng điện tử - Có chức năng cảnh báo	04	Cái
4	Nhiệt kế chuyên dụng - Nhiệt kế chuyên dụng tủ lạnh, phạm vi hoạt động: $\leq -30^{\circ}\text{C} - \geq 50^{\circ}\text{C}$	04	Cái

