

Số: 576/YCBG-BVBT

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 3 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua sắm Máy Laser CO2 với nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư thiết bị y tế.

Người tiếp nhận: Trần Hà Thị Hạnh, số điện thoại: 0252.3.939.169.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

- Nhận qua email: vtytbvbt@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 30/3/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 30/3/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy Laser CO ₂	Mô tả cụ thể tại trong Bảng mô tả đính kèm theo	01	Máy

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

* Lưu ý: Báo giá phải gửi kèm Bảng so sánh đáp ứng tính năng, thông số kỹ thuật và quý công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác của bảng so sánh.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Phòng TCKT (trang mua sắm công);
- Lưu: VT, VTTBYT.

**TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM
CHỦ TỊCH**

**Phó Giám đốc
Trần Hồng Vũ**

BẢNG MÔ TẢ CÁC TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 576/YCBG-BVBT ngày 20/3/2026
của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận)

Máy Laser CO₂

STT	NỘI DUNG YÊU CẦU
I.	YÊU CẦU CHUNG
1	Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%.
2	Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
3	Nguồn điện: 220 V± 10%, 50 Hz phù hợp với mạng lưới điện Việt Nam
4	Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: $\geq 25^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa: $\geq 60\%$.
5	Xuất xứ máy chính: Thuộc nhóm nước OECD
II.	CẤU HÌNH KỸ THUẬT
	Máy laser CO₂ kèm phụ kiện bao gồm:
1	Máy chính: 01 cái
2	Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
3	Bàn đạp chân: 01 cái
4	Kính bảo vệ bác sĩ: 01 cái
5	Kính bảo vệ bệnh nhân: 01 cái
6	Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
III.	Yêu cầu kỹ thuật
	Loại laser: Laser CO ₂
	Bước sóng: $\geq 10000\text{nm}$
	Năng lượng đầu ra cực đại: $\geq 30\text{W}$
	Có ≥ 02 chế độ hoạt động
	Độ rộng xung từ $\leq 100\mu\text{s}$ đến $\geq 600\mu\text{s}$
	Tần số phát xung từ $\leq 10\text{Hz}$ - $\geq 1.000\text{ Hz}$
IV	YÊU CẦU KHÁC
1	Địa điểm giao hàng: Tại đơn vị sử dụng
2	Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng