

SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 675 /YCBG-BVBT

Lâm Đồng, ngày 02 tháng 04 năm 2026

V/v cung cấp báo giá để phục vụ
công tác đấu thầu gói thầu: Vật tư
y tế tiêu hao cho khoa Ngoại TH

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Vật tư y tế tiêu hao cho khoa Ngoại TH với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Huỳnh Hà Linh Chi

- Chức vụ: Nhân viên

- Số điện thoại: 0974504663

- Địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng

- Email: vtytbvbt@gmail.com

3. Hình thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận tại địa chỉ: Bộ phận văn thư Bệnh viện đa khoa Bình Thuận. Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng

- Nhận qua Email: vanthubvbt@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến trước 17 giờ 00 ngày **14** tháng **04** năm 2026.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu **90** ngày kể từ ngày **14** tháng **04** năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Đính kèm danh mục chi tiết hàng hóa phụ lục 1 và báo giá theo phụ lục 2.

III. Các yêu cầu khác:

- Nhà cung cấp dịch vụ báo giá theo mẫu tại Phụ lục đính kèm và gửi hồ sơ kèm theo báo giá.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Phòng TCKT (đăng web Mua sắm công);
- Lưu: VT, TCKT, CNTT, VTTBYT_(Chi).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Hồng Vũ

DANH MỤC GÓI THẦU: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO CHO KHOA Ngoại TH*(Đính kèm công văn số: 675 /YCBG-BVBT, ngày 02 tháng 04 năm 2026)*

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách - Tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa/tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
1	<p>Ống kính nội soi mềm tiêu hóa Thông số kỹ thuật: Quy cách: Đầu xa bên ngoài đường kính: 5.5mm(16.5Fr) Kênh làm việc đường kính:2.4mm(7.2Fr) Chiều dài làm việc (phần chèn):380mm Góc uốn: Uốn lên 210⁰ /Uốn xuống 180⁰ Góc nhìn:110⁰ Độ sâu trường ảnh: 5mm-100mm Cấu trúc xương rắn kim loại Có kênh hút sỏi Tiêu chuẩn: CE</p>		Cái	10
2	<p>Vỏ que nong: 1 sheath, trên thân có vạch chia độ dài để thuận tiện cho việc đo kích thước Các cỡ: 14Fr, 16Fr, 18Fr</p>		Cái	10