

Danh mục gói thầu: Dụng cụ nội soi cho máy Karl Storz

(Kèm theo Công văn số 804 /YCBG-BVBT ngày 10 tháng 4 năm 2026)

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách - Tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa/tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
1	Ống vỏ ngoài cách điện.	Vỏ ngoài bằng kim loại, được bọc cách điện, có đầu nối khóa dùng cho vệ sinh, cỡ 5 mm, dài ≥ 36 cm. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	12
2	Tay cầm nhựa.	Tay cầm nhựa có khóa, có đầu nối dùng cho đốt cầm máu đơn cực. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	12
3	Ruột kẹp có cửa sổ.	Ruột kẹp gấp, hàm mịn đặc biệt không sang thương, có khóa, có cửa sổ, hàm tác động đơn, cỡ 5mm, dài ≥ 36 cm. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	2
4	Ruột kẹp đốt lưỡng cực, chiều rộng hàm ≥ 3 mm	Ruột kẹp đốt lưỡng cực, chiều rộng hàm ≥ 3 mm, cỡ 5 mm, dài ≥ 33 cm. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	8
5	Bộ Kẹp đốt cầm máu lưỡng cực loại tháo rời được, độ rộng hàm 3 mm, dài 33 cm, gồm có: - Tay cầm nhựa dùng cho kẹp đốt lưỡng cực; - Ống vỏ ngoài, dài ≥ 33 cm; - Vỏ trong, dài ≥ 33 cm; - Ruột kẹp đốt lưỡng cực, chiều rộng hàm ≥ 3 mm.	Bộ Kẹp đốt cầm máu lưỡng cực loại tháo rời được, độ rộng hàm 3 mm, dài 33 cm, gồm có: - Tay cầm nhựa dùng cho kẹp đốt lưỡng cực - Ống vỏ ngoài, dài ≥ 33 cm - Vỏ trong, dài ≥ 33 cm - Ruột kẹp đốt lưỡng cực, chiều rộng hàm ≥ 3 mm, cỡ 5 mm, dài ≥ 33 cm - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	1

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách - Tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa/tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
6	Dây đốt cao tần lưỡng cực	Dây đốt cao tần lưỡng cực, dài ≥ 300 cm - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	4
7	Dây đốt cao tần đơn cực	Dây đốt cao tần đơn cực, dài ≥ 300 cm, đầu cắm ≥ 5 mm. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	1
8	Ruột kéo cắt mô, hàm cong	Ruột kéo cắt mô, hàm cong, có khóa, hàm tác động đôi, cỡ 5 mm, dài ≥ 36 cm. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	4
9	Van đa năng, cỡ ≥ 11 mm	Van đa năng, cỡ ≥ 11 mm. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	10
10	Van trocar đa năng, cỡ ≥ 6 mm	Van trocar đa năng, cỡ ≥ 6 mm. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	4
11	Nắp đậy Trocar dùng cho Trocar 6 mm (≥ 5 cái/gói)	Nắp đậy Trocar dùng cho Trocar 6 mm (≥ 5 cái/gói). - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Gói	4
12	Nắp đậy Trocar dùng cho Trocar 11 mm (≥ 5 cái/gói)	Nắp đậy Trocar dùng cho Trocar 11 mm hoặc tương đương (≥ 5 cái/gói). - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Gói	3

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách - Tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa/tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
13	Van trái khế Silicon, đóng gói 5 cái	Van trái khế Silicon, đóng gói ≥ 5 cái, hấp tiệt trùng được. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Gói	5
14	Van trái khế Silicon, cỡ ≥ 11 mm, đóng gói 5 cái	Van trái khế Silicon, cỡ ≥ 11 mm, hấp tiệt trùng được, đóng gói ≥ 5 cái. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Gói	2
15	Dây dẫn sáng bằng sợi quang	Dây dẫn sáng bằng sợi quang, đầu nối thẳng, chịu nhiệt tốt, tăng cường truyền ánh sáng, đường kính ≥ 4.8 mm, dài ≥ 250 cm. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	1
16	Điện cực bóc tách và đốt cầm máu đơn cực	Điện cực bóc tách và đốt cầm máu đơn cực, đầu hình L, cỡ 5 mm hoặc tương đương, dài ≥ 36 cm. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	2
17	Ống bơm hút dịch, đầu xa có nhiều lỗ bên	Ống bơm hút dịch, đầu xa có nhiều lỗ bên, có van khoá 2 chiều, cỡ 5 mm hoặc tương đương, dài ≥ 36 cm. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	1
18	Bàn điện cực trung tính, loại dùng 1 lần, đóng gói ≥ 50 cái	Bàn điện cực trung tính, loại dùng 1 lần, 2 mặt tiếp xúc, diện tích bề mặt ≥ 169 cm ² , đóng gói 50, sử dụng với dây nối bàn điện cực trung tính. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	4
19	Dây nối bàn điện cực trung tính	Dây nối bàn điện cực trung tính, dùng cho bàn điện cực trung tính loại dùng 1 lần. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	4

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách - Tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa/tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
20	Dây nối bản điện cực trung tính	Dây nối bản điện cực trung tính, dùng cho bản điện cực trung tính loại dùng 1 lần. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz/ Coviden của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	10
21	Dây đốt cao tần lưỡng cực	Dây đốt cao tần lưỡng cực, dài ≥ 300 cm, khoảng cách giữa 2 chân cắm ≥ 28.58 mm. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	20
22	Dây đốt Bipolar chuẩn Valleylab - Coviden hoặc tương đương.	Dây đốt cao tần lưỡng cực, dài 300 cm, khoảng cách giữa 2 chân cắm 28.58 mm - Gói 1 cái	Cái	6
23	Ruột kéo cắt chỉ	Ruột kéo cắt chỉ, hàm hoạt động đơn, cỡ 5 mm, dài ≥ 36 cm. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	4
24	Kim bơm hơi ổ bụng	Kim bơm hơi ổ bụng, ống thông bên trong đầu tù có lò xo, có khóa LUER, hấp tiệt trùng được, đường kính ≥ 2.1 mm, dài ≥ 13 cm. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	1
25	Tay cầm nhựa dùng cho kẹp đốt lưỡng cực	Tay cầm nhựa dùng cho kẹp đốt lưỡng cực. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	1
26	Ống vỏ ngoài, dài ≥ 33 cm	Ống vỏ ngoài, dài ≥ 33 cm. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	1

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách - Tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa/tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
27	Vỏ trong, dài ≥ 33 cm	Vỏ trong, dài ≥ 33 cm. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	1
28	Que đẩy chỉ	Que đẩy chỉ, đầu mỡ và đầu đóng, cỡ 5 mm, dài ≥ 36 cm, dùng để cột chỉ ngoài cơ thể. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	1
29	Tay cầm kim loại, có khóa	Tay cầm kim loại, có khóa. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	1
30	Dụng cụ chặn gan hình rẽ quạt	Dụng cụ chặn gan hình rẽ quạt, tháo lắp được, có thể thu vào, cỡ 5 mm, dài ≥ 36 cm. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	1
31	Dây bơm khí	Dây bơm khí, tiết trùng được, đường kính bên trong ≥ 9 mm, dài ≥ 250 cm. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	1
32	Chổi vệ sinh dụng cụ, đường kính ngoài ≥ 11 mm	Chổi vệ sinh dụng cụ, đường kính ngoài ≥ 11 mm - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	5
33	Chổi vệ sinh dụng cụ, đường kính ngoài ≥ 7 mm	Chổi vệ sinh dụng cụ, đường kính ngoài ≥ 7 mm - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	5

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách - Tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa/tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
34	Chổi vệ sinh dụng cụ, đường kính ngoài ≥ 2.5 mm	Chổi vệ sinh dụng cụ, đường kính ngoài ≥ 2.5 mm - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	5
35	Kem vệ sinh cho lăng kính ống soi, tuýp 5 gr.	Kem vệ sinh cho lăng kính ống soi, tuýp 5 gr.	Type	2
36	Ống soi quang học, góc soi nghiêng 30° , đường kính 10mm	Ống soi quang học, góc soi nghiêng 30° , tầm nhìn mở rộng, đường kính 10mm, dài ≥ 31 cm, hấp tiết trùng được. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	1
37	Dây dẫn sáng bằng sợi quang	Dây dẫn sáng bằng sợi quang, đầu nối thẳng, chịu nhiệt tốt, có khóa an toàn, đường kính ≥ 4.8 mm, dài ≥ 250 cm. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	1
38	Nòng trong trocar, đầu hình tháp, cỡ ≥ 11 mm	Nòng trong trocar, đầu hình tháp, cỡ ≥ 11 mm. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	1
39	Nòng trong Trocar, đầu hình tháp, cỡ ≥ 6 mm	Nòng trong Trocar, đầu hình tháp, cỡ ≥ 6 mm. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	1
40	Vỏ ngoài Trocar xoắn, cỡ 6 mm, dài 10.5 cm	Vỏ ngoài Trocar xoắn, cỡ ≥ 6 mm, dài ≥ 10.5 cm, có van khóa dùng bơm hơi. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	1
41	Van silicone, cỡ ≥ 6 mm	Van silicone, cỡ ≥ 6 mm. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	1

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách - Tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa/tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
42	Tay cầm nhựa có khóa	Tay cầm nhựa có khóa, có đầu nối dùng cho đốt cầm máu đơn cực. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	6
43	Tay cầm nhựa không khóa	Tay cầm nhựa không khóa, có đầu nối dùng cho đốt cầm máu đơn cực. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	2
44	Vỏ ngoài bằng kim loại	Vỏ ngoài bằng kim loại, được bọc cách điện, có đầu nối khóa dùng cho vệ sinh, cỡ 5 mm, dài ≥ 36 cm. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	8
45	Ruột kẹp, dài, dùng gấp và bóc tách	Ruột kẹp KELLY, dài, dùng gấp và bóc tách, hàm hoạt động đôi, cỡ 5 mm, dài ≥ 36 cm. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	1
46	Ruột kẹp phẫu tích, không sang chấn	Ruột kẹp phẫu tích BABCOCK, không sang chấn, hàm có cửa sổ, cỡ 5 mm, dài ≥ 36 cm, hàm hoạt động đôi. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	1
47	Ruột kẹp, dùng gấp và bóc tách	Ruột kẹp, dùng gấp và bóc tách, hàm hoạt động đôi, cỡ 5 mm, dài ≥ 36 cm. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	1
48	Ruột kẹp gấp, hàm đa răng	Ruột kẹp gấp hàm đa răng, độ rộng hàm ≥ 4.8 mm, dùng gấp chính xác và không sang chấn, cỡ 5 mm, dài ≥ 36 cm, hàm hoạt động đơn. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	1
49	Ruột kẹp dùng kẹp ruột, ngắn	Ruột kẹp dùng kẹp ruột, hàm có cửa sổ, ngắn, hàm tác động đôi, cỡ 5 mm, dài ≥ 36 cm. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	1

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách - Tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa/tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
50	Nòng trong trocar đầu tù, dùng cho trocar cỡ 11 mm	Nòng trong trocar đầu tù, dùng cho trocar cỡ 11 mm, chiều dài làm việc ≥ 10.5 cm. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	1
51	Nòng trong Trocar, đầu hình tháp, cỡ ≥ 6 mm	Nòng trong Trocar, đầu hình tháp, cỡ ≥ 6 mm. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	1
52	Vỏ ngoài trocar 6mm	Vỏ trocar, không van, cỡ 6 mm hoặc tương đương, dài 10.5 cm hoặc tương đương - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	1
53	Van trocar đa năng, cỡ ≥ 6 mm	Van trocar đa năng, cỡ ≥ 6 mm. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	2
54	Dụng cụ giảm 11/5 mm	Dụng cụ giảm 11/5 mm hoặc tương đương - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	1
55	Van đa năng, cỡ ≥ 11 mm	Van đa năng, cỡ ≥ 11 mm. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	4
56	Ống thông không van, cỡ ≥ 11 mm, dài ≥ 10.5 cm	Ống thông không van, cỡ ≥ 11 mm, dài ≥ 10.5 cm. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	2
57	Nòng trong trocar đầu tù, dùng cho trocar cỡ 11 mm	Nòng trong trocar đầu tù, dùng cho trocar cỡ 11 mm, chiều dài làm việc ≥ 10.5 cm. - Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện - Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu	Cái	1

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách - Tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa/tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
58	Van đa năng, cỡ 13.5mm	Van đa năng, cỡ 13.5mm hoặc tương đương - Tiêu chuẩn chất lượng: CE - Xuất xứ: nhóm nước G7	Cái	1