

Bình Thuận, ngày 19 tháng 9 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm máy theo dõi sản khoa với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.
2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư – Thiết bị Y tế: số điện thoại: 0252.3.939.169.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Đường Tôn Thất Bạch, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

- Nhận qua thư điện tử: vtytbvbt@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 20 tháng 9 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 30 tháng 9 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ 30 tháng 9 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy hút đàm di động	Mô tả cụ thể tại trong Bảng mô tả đính kèm theo	02	Máy

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản).

Trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT.

GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
Lê Huỳnh Phúc

BẢNG MÔ TẢ CÁC TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 19/9/2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh)



MÁY HÚT ĐÀM DI ĐỘNG

Máy mới từ 2024 trở về sau

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Nguồn điện: 220V/50Hz

1. Cấu hình cung cấp:

- 01 Máy hút chính có bánh xe di chuyển
- 02 Bình chứa dịch $\geq 5.000\text{ml}$ có thể hấp tiệt trùng, có hệ thống chống tràn.
- Bộ ống Silicon
- Bộ chuyển đổi giữa các bình hút
- Công tắc bàn đạp
- Dây nguồn với phích cắm
- Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt

2. Tính năng kỹ thuật:

- Motor: Bơm pittông không dầu
- Lưu lượng hút tối đa: ≥ 90 lít/phút
- Áp lực cực đại: $\leq -0.9\text{Bar}$; $\leq -90\text{kPa}$; ≤ -600 mmHg
- Chu kỳ hoạt động: Hoạt động liên tục