

Số 1076/YCBG-BVBT

Bình Thuận, ngày 24 tháng 7 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.
- Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư – Thiết bị Y tế, số điện thoại: 0252.3.939.169.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 21 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 31 tháng 7 năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 31 tháng 7 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy li tâm HCT	Mô tả cụ thể tại trong Bảng mô tả đính kèm theo	01	Cái

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT.



Lê Huỳnh Phúc

BẢNG MÔ TẢ CÁC TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 1076/YCBCG-BVBT ngày 24/7/2023

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận)

* Cấu hình cung cấp

- Máy chính + dây nguồn: 01 bộ
- Rotor HCT 24 vị trí: 01 cái
- Đĩa đọc: 01 cái
- HDSD tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ

* Thông số kỹ thuật

- Hiệu suất:
 - + Rotor: HCT, công suất 24 ống mao quản 45mm / 75mm.
 - + Tốc độ ly tâm: 500 - 12000 RPM, 14118 xg (RCF tối đa)
 - + Độ chính xác tốc độ: ± 100 RPM
 - + Thời gian gia tốc: 60 ± 5 giây
 - + Thời gian giảm tốc: 70 ± 5 giây
- Tính năng an toàn:
 - + Khóa nắp an toàn
 - + Phát hiện mất cân bằng
- Động cơ: DC không chổi than.
- Điều khiển: Vi xử lý.