

Số: 03 /YCBG-BVBT  
V/v cung cấp báo giá để phục công  
tác đầu thầu gói thầu: Mua sắm  
hóa chất vật tư cho máy xét  
nghiệm khí máu

Bình Thuận, ngày 02 tháng 01 năm 2025

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm hóa chất vật tư cho máy xét nghiệm khí máu với nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - Họ tên: Phạm Hồng Thái
  - Chức vụ: Nhân viên
  - Số điện thoại: 0252.382273, 0917136967
  - Địa chỉ: Đường Trường Chinh, phường Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
  - Email: vanthubvbt@gmail.com
- Hình thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận tại địa chỉ: Phòng Tài chính kế toán - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Đường Trường Chinh, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
  - Nhận qua Email: vanthubvbt@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 02 tháng 01 năm 2025 đến trước 17 giờ 00 ngày 13 tháng 01 năm 2025.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 13 tháng 01 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:** Đính kèm danh mục chi tiết hàng hóa Phụ lục 1 và Báo giá theo Phụ lục 2.

*Trân trọng cảm ơn.* / *Phạm Hồng Thái*

### **Nơi nhận:**

- Nhu trên;
- Phòng KHTH (đăng trang web bệnh viện);
- Phòng TCKT (đăng trang web Mua sắm công);
- Lưu: VT, TCKT (Thái)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG MUA SẮM**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Vũ Cao Thiện**



**Danh mục gói thầu: Mua sắm hóa chất vật tư cho máy xét nghiệm khí máu**

(Đính kèm theo Công văn số 03 /YCBG-BVBT ngày 02 tháng 01 năm 2025)

ST T	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả chi tiết	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
1	Hóa chất chạy mẫu sử dụng cho máy khí máu	Hộp	14	Cung cấp điểm hiệu chuẩn cho hiệu chuẩn pH, điện giải và hematocrit. Hóa chất đệm cho chạy mẫu.			
2	Hóa chất rửa sử dụng cho máy khí máu	Hộp	14	Rửa kim hút và đầu dò, các bộ phận liên quan đến mẫu. Hóa chất rửa bao gồm muối, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản.			
3	Bình khí	Hộp	10	Cal: Cung cấp điểm chuẩn cho pCO2 và pO2 trong việc hiệu chuẩn 1 điểm và 2 điểm Slope: Cung cấp điểm dốc cho pCO2 và pO2 trong việc hiệu chuẩn 2 điểm			
4	Hóa chất kiểm chuẩn mức 1	Hộp	12	Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 cho pH, khí máu, điện giải, Co-ox và các chất chuyển hóa: glucose, lactate. Bảo quản ở nhiệt độ 18-25°C, tránh ánh nắng trực tiếp./ ISO 13485; CE			

5	Hóa chất kiểm chuẩn mức 2	Hộp	12	Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 cho pH, khí máu, điện giải , Co-ox và các chất chuyển hóa: glucose, lactate. Bảo quản ở nhiệt độ 18-25°C, tránh ánh nắng trực tiếp./ ISO 13485; CE			
6	Hóa chất kiểm chuẩn mức 3	Hộp	12	Hóa chất kiểm chuẩn mức 3 cho pH, khí máu, điện giải , Co-ox và các chất chuyển hóa: glucose, lactate. Bảo quản ở nhiệt độ 18-25°C, tránh ánh nắng trực tiếp./ ISO 13485; CE			

