

Bình Thuận, ngày 14 tháng 01 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư thiết bị y tế, số điện thoại: 0252.3.939.169.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

- Nhận qua email: vtytbvbt@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 15 tháng 01 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 24 tháng 01 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 24 tháng 01 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy quay ly tâm các loại	Mô tả cụ thể tại trong Bảng mô tả đính kèm theo	01	Máy

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT.

GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH THUẬN
Lê Huỳnh Phúc

BẢNG MÔ TẢ CÁC TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN



(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 14/01/2025
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận)

MÁY QUAY LY TÂM CÁC LOẠI: 01 máy

- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
- Xuất xứ: G7

1. Yêu cầu cấu hình cung cấp

- Máy chính: 01 máy
- Rotor văng: 01 cái
- Bucket 24 ống (loại 5-7 ml): 01 bộ, 4 cái / bộ

2. Yêu cầu kỹ thuật

- Vận tốc tối đa (rpm): ≥ 4.000
- RCF tối đa (x g): $\geq 2610 \times g$
- Cài đặt vận tốc: $\leq 200 - \geq 4000$ rpm, tăng 10 rpm mỗi bước
- Cài đặt thời gian giầy: ≤ 1 giây mỗi bước
- Bộ nhớ cài đặt: ≥ 99 kênh tối đa
- Gia tốc/giảm tốc 2 nút chuyển đổi, giảm tốc tự nhiên