

Bình Thuận, ngày 14 tháng 01 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư thiết bị y tế, số điện thoại: 0252.3.939.169.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

- Nhận qua email: vtytbvbt@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 14 tháng 01 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 23 tháng 01 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 23 tháng 01 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy tạo nhịp tạm thời	Mô tả cụ thể tại trong Bảng mô tả đính kèm theo	01	Máy

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VTTBYT.



Lê Huỳnh Phúc

BẢNG MÔ TẢ CÁC TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN



(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 14/01/2025

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận)

MÁY TẠO NHỊP TẠM THỜI: 01 máy

- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE

1. Cấu hình cung cấp

- Máy chính: 01 máy
- Pin: 02 viên

2. Thông số kỹ thuật

- Chế độ tạo nhịp: AAI, AOO, VVI, VOO hoặc nhiều hơn.
- Nhịp cơ bản: ≤ 30 - ≥ 200 nhịp/phút
- Nhịp nhanh cho nhĩ: ≤ 80 - ≥ 800 nhịp/phút
- Nhịp giới hạn an toàn: ≤ 230 nhịp/phút
- Sử dụng pin alkaline hoặc tốt hơn.
- Thời gian sử dụng thông thường: ≥ 07 ngày, tối đa: ≥ 19 ngày.
- Thời gian hoạt động sau khi tháo pin: $\geq 30s$.