

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua sắm dụng cụ nội soi cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư thiết bị y tế, số điện thoại: 0252.3.939.169.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

- Nhận qua email: vtytbvbt@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 22/5/2025 đến trước 17h00 ngày 2/6/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Kèm sinh thiết dạ dày	Đường kính 2.3mm - Chiều dài 1800mm Dùng cho dây nội soi có đường kính kênh dụng cụ từ 2.8mm trở lên	Cái	30
2	Rọ lấy sỏi đường mật	- Rọ lấy dị vật dùng đường mật hình lục giác 4 dây - Rọ có khả năng xoay tự động trong quá trình sử dụng. - Đường kính độ mở rọ 20mm. - Chiều dài làm việc 700mm. Dùng cho dây nội soi có đường kính kênh dụng cụ từ 2.0mm trở lên.	Cái	2
3	Kèm sinh thiết dạ	- Đường kính 2.3mm - Chiều dài 1800mm	Cái	2

	dây	- Dùng cho dây nội soi có đường kính kênh dụng cụ từ 2.8mm trở lên - Có răng cá sấu.		
4	Thùng lọng cắt Polyb hình Oval	- Chiều dài làm việc 1600mm - Đường kính vỏ 2.3mm - Độ mở 30mm Tay cầm bằng nhựa, được thiết kế 3 vòng	Cái	2
5	Kèm sinh thiết đại tràng	- Đường kính 2.3mm - Chiều dài 2300mm Dùng cho dây nội soi có đường kính kênh dụng cụ từ 2.8mm trở lên	Cái	6

2. *Địa điểm cung cấp:* Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

3. *Thời gian giao hàng dự kiến:* 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang mua sắm công, website bệnh viện;
- Lưu: VT, VTTBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Vũ Cao Thiện

BẢNG MÔ TẢ CÁC TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 06/5/2025

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận)

MÁY QUAY LY TÂM CÁC LOẠI: 01 máy

- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương
- Xuất xứ: G7

1. Yêu cầu cấu hình cung cấp

- Máy chính: 01 máy
- Rotor văng: 01 cái
- Bucket ≥ 24 ống: 01 bộ, 4 cái / bộ

2. Yêu cầu kỹ thuật

- Vận tốc tối đa (rpm): ≥ 4.000
- RCF tối đa (x g): $\geq 2610 \times g$
- Cài đặt vận tốc: $\leq 200 - \geq 4000$ rpm, tăng 10 rpm mỗi bước
- Cài đặt thời gian giây: ≤ 1 giây mỗi bước
- Bộ nhớ cài đặt: ≥ 99 kênh tối đa
- Gia tốc/giảm tốc 2 nút chuyển đổi, giảm tốc tự nhiên