

SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA  
BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 38 /YCBG-BVBT  
V/v cung cấp báo giá gói thầu:  
Vật tư y tế tiêu hao cho khoa Tim  
Mạch

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 7 năm 2025

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp VTYT phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá:

- Bộ phận văn thư Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, số điện thoại: 0252 3822733.

- Địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

- Email: vanthubvt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư Bệnh viện đa khoa Bình Thuận. Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

(Nếu có vấn đề cần làm rõ đề nghị liên hệ Phòng Vật tư thiết bị y tế, Email: [vtvtbvt@gmail.com](mailto:vtvtbvt@gmail.com) bộ phận vật tư y tế tiêu hao: Nguyễn Ngọc Hằng; Số điện thoại: 0919455285)

- Nhận báo giá qua Email: vanthubvt@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 14 tháng 7 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 23 tháng 7 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 23 tháng 7 năm 2025.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục chi tiết hàng hóa: (đính kèm danh mục).

Trân trọng cảm ơn./. 7

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KHTH (đăng trang web bệnh viện);
- Phòng TCKT (đăng trang web mua sắm Công);
- Lưu: VT, TCKT, VTTBYT.



Phó Giám Đốc

Vũ Cao Thiện

## DANH MỤC GÓI THẦU: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO CHO KHOA TIM MẠCH

(Đính kèm công văn số: 38 /YCBG-BVBT, ngày 14 tháng 7 năm 2025)

| STT | Danh mục hàng hóa                                    | Đơn vị tính | Số lượng | Mô tả chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Địa điểm thực hiện | Quy cách | Ghi chú |
|-----|------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------|
| 1   | Đầu dò siêu âm trong lòng mạch IVUS VOLCANO REFINITY | Bộ          | 10       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Catheter dẫn hướng: 5F</li> <li>- Dây dẫn hướng tương thích: 0.014</li> <li>- Đường kính tại đầu dò: 3.0F</li> <li>- Tần số phát: 45MHz</li> <li>- Chiều dài làm việc: 150cm</li> <li>- Tương thích với máy siêu âm trong lòng mạch model: Intravision</li> </ul> |                    |          |         |