

Số: 291/YCBG-BVBT

Bình Thuận, ngày 14 tháng 9 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.
- Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư – Thiết bị Y tế, số điện thoại: 0252.3.939.169.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
 - Nhận qua email: vtytbvbt@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 14 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 25 tháng 9 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 25 tháng 9 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy hút dịch	Mô tả cụ thể tại trong Bảng mô tả đính kèm theo	01	Bộ

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT.

GIÁM ĐỐC

Lê Huỳnh Phúc

BẢNG MÔ TẢ CÁC TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 929/YCBG-BVBT ngày 14/9/2023

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận)

MÁY HÚT DỊCH

Máy mới từ 2023 trở về sau

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Nguồn điện: 220V/50Hz

1. Cấu hình cung cấp:

- 01 Máy hút chính
- 02 Bình chứa dịch $\geq 5000\text{ml}$ có thể hấp tiệt trùng với hệ thống van chống tràn.

- 02 Bình bẫy chống tràn $\geq 220\text{ml}$

- 02 Bộ lọc

- 02 Bộ ống Silicon có thể tiệt trùng

- 02 Đầu nối dùng cho ống hút silicon

- 01 Dây nguồn với phích cắm

- 01 Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt

2. Tính năng kỹ thuật:

- Motor: Bơm pittông không dầu

- Tốc độ hút ≥ 60 lít/phút với động cơ không dầu.

- Chân không tối đa: $\leq -0.80\text{Bar}$; $\leq -80\text{kPa}$; $\leq -600\text{ mmHg}$

- Chu kỳ hoạt động: Hoạt động liên tục