

Số: 2331/YCBG-BVBT

Bình Thuận, ngày 22 tháng 9 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.
- Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư – Thiết bị Y tế: số điện thoại: 0252.3.939.169.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Đường Tôn Thất Bạch, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
 - Nhận qua email: vtytbvbt@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 22 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 02 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ 02 tháng 10 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:


1. Danh mục thiết bị y tế

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy Doppler tim thai	Mô tả cụ thể tại trong Bảng mô tả	02	Máy
2	Máy hút thai	đính kèm theo	01	Máy

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản).

Trân trọng cảm ơn. / 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT.




Lê Huỳnh Phúc

BẢNG MÔ TẢ CÁC TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 233/YCBG-BVBT ngày 22/9/2023

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận)



I. MÁY DOPPLER TIM THAI

Sản xuất từ 2023 trở về sau

Cấu hình cung cấp:

- Thân máy và đầu dò: 1 bộ
- Pin: 2 cục
- Gel: 01 chai
- Hướng dẫn sử dụng: có

Tính năng kỹ thuật:

- Đầu dò Doppler có độ nhạy cao ≥ 2 MHz.
- Cường độ: < 10 mW/cm²
- Độ nhạy của đầu dò: $\leq 10 \sim \geq 12$ tuần trở lên.
- Dải nhịp tim đo được: $\leq 50 \sim \geq 240$ nhịp/phút
- Độ chính xác FHR trong phạm vi: $\pm 2\%$
- Công suất của loa: ≥ 1.2 W
- Màn hình hiển thị: LCD (dung lượng pin, tín hiệu, nhịp tim)
- Thời gian sử dụng 2 Pin AA 1.5V: ≥ 360 phút.

II. MÁY HÚT THAI

Sản xuất từ 2023 trở về sau

Cấu hình cung cấp:

- Máy hút chính: 01 cái
- Bình chứa dịch: 02 cái
- Bình bẫy chống tràn: 02 cái
- Bộ lọc: 02 (Antibacterial và Hydrohobic)
- Bộ ống Silicon và đầu nối: 02 bộ
- Bộ giác hút thai: 01 cái
- Dây nguồn với phích cắm: 01 bộ.
- Công tắc bàn đạp chân: 01 cái
- Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: có

Tính năng kỹ thuật:

- Tốc độ hút ≥ 60 lít/phút với động cơ không dầu
- Bình chứa dịch ≥ 5000 ml có thể hấp tiệt trùng, bình bẫy chống tràn ≥ 220 ml
- Có thể điều chỉnh áp lực cực đại: ≤ -0.90 Bar ≤ -90 kPa ≤ -600 mmHg
- Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: ≥ 60 lít/phút
- Chu kỳ hoạt động: Hoạt động liên tục