

Số: 965/YCBG-BVBT

Bình Thuận, ngày 06 tháng 7 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm máy ly tâm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.
 - Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư – Thiết bị Y tế, số điện thoại: 0252.3.939.169.
 - Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Đường Tôn Thất Bạch, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 07 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 17 tháng 7 năm 2023.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 17 tháng 7 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy ly tâm	Mô tả cụ thể tại trong Bảng mô tả đính kèm theo	01	Máy

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT.



Lê Huỳnh Phúc

BẢNG MÔ TẢ CÁC TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 965/FCBG-BVBT ngày 06/7/2023

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận)

Hàng mới 100%, được sản xuất từ năm 2022 trở về sau.

* Cấu hình cung cấp

- Máy chính + adaptor: 01 bộ
- Rotor 8x 1.5/2ml: 01 bộ
- Rotor PCR strip 2x 8 x 0.2ml: 01 bộ
- Adaptor 0.2ml (M08-D1): 01 bộ
- Adaptor 0.5ml (M08-D2): 01 bộ

* Đặc điểm kỹ thuật:

- Loại động cơ: DC không chổi than
- Tốc độ li tâm: 500- 6000 Rpm; bước thay đổi: 100RPM
- Độ chính xác tốc độ: ± 25 RPM; tự thay đổi tốc độ tương ứng với loại rotor
- Lực li tâm lớn nhất: 2000RCF
- Thời gian li tâm: 1-25p và không giới hạn
- Dung tích li tâm lớn nhất: 8 x 2ml (16mL)
- Màn hình hiển thị: kỹ thuật số
- Độ ồn < 55 dp
- Bảo vệ mất cân bằng
- Chế độ li tâm nhanh
- Hệ thống phanh điện khẩn cấp khi có