

Bình Thuận, ngày 12 tháng 7 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.
- Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư – Thiết bị Y tế, số điện thoại: 0252.3.939.169.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
 - Nhận qua email: vtytbvbt@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 12/7/2024 đến trước 17h00 ngày 22/7/2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 22/7/2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bộ ghi dữ liệu Máy holter theo dõi tim mạch 24h/24h-ECG	Mô tả cụ thể tại trong Bảng mô tả đính kèm theo	01	Bộ

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

- Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Trân trọng cảm ơn.!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT.

GIÁM ĐỐC



Lê Huỳnh Phúc

PHỤ LỤC

(kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 12/7/2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh)

Bộ ghi dữ liệu Máy holter theo dõi tim mạch 24h/24h-ECG

Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100%

Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Nguồn điện sử dụng: Pin AAA

*** Cấu hình cung cấp:**

Bộ ghi dữ liệu: 01 bộ

Cáp bệnh nhân: 01 bộ

Thẻ nhớ: 02 cái

Pin: 03 cái

*** Thông số kỹ thuật:**

Thời gian ghi dữ liệu: ≥ 48 tiếng

Phương pháp ghi: Bộ nhớ kỹ thuật số hoặc tương đương

Kênh ghi dữ liệu: ≥ 2 kênh

Kênh phát hiện máy tạo nhịp: lựa chọn 1 đến ≥ 3 kênh

Phương tiện lưu trữ dữ liệu: thẻ nhớ Micro SD

Chuyển đổi A/D ở 10 bits: ≥ 125 Hz

Tần số đáp ứng ở 125Hz: ≤ 0.05 - ≥ 55 Hz

Trở kháng đầu vào: $\geq 10M\Omega$

Chức năng chống thấm nước: IPX8 hoặc tốt hơn

Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu

Tương thích với Máy Holter theo dõi tim mạch 24h/24h-ECG hiện có của Bệnh viện (Model: Kenz Cardy 304)